販通241105

冬にいただくお問い合わせ特集

冬本番ですね！冬ならではの質問があります！
よろしいでしょうか？

寒くなってきましたね。
ご質問にお答えします！

Q1. ベッドセンサーやサイドセンサーの上に、電気毛布は使用できますか？

電気毛布のご使用は控えてください。
故障に繋がる可能性があります。
センサーの耐熱温度は 40 度です。
ベッドセンサー及びサイドセンサーに電気毛布は NG としています。



Q2. よく静電気が発生します。製品には影響はないのでしょうか？

静電気が原因で故障することがあります。
特に、機械（無線中継ボックス、専用受信器、送信器等）は注意してください。
機械に触れる前に手から静電気を逃がしてから、
触れるようにしてください。



Q3. 専用受信器は屋外に持ち出して屋外で使えますか？

屋外でのご使用は控えてください。
高温また低温下では、製品が正常に動作しない可能性があります。
冬場の低温下では、液晶やリチウムイオン電池に不具合が生じる
可能性があり、安全を保証できかねます。十分ご注意ください。

無断の複製、転載は固くお断りいたします。 Copyright2024 Technos Japan Co.,Ltd.All Rights Reserved.